

附件

## 广东省医疗器械抽查检验信息（2023年第1期）

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
1	一次性使用无菌注射器 带针	广州市	安徽京环医疗用品有限公司	广州市白云区石井人民医院	2ml	批号：批 20211108	国械注准 20163140517	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
2	新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	广州市	潮州凯普生物化学有限公司	广州凯普医学检验所有限公司	96人份/盒	批号：C221024A	国械注准 20213400269	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
3	核酸提取或纯化试剂	广州市	慈达（广州）生物技术有限公司	慈达（广州）生物技术有限公司	B型；96反应/板	批号：20220811	粤穗械备 20200449号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
4	一次性使用病毒采样管	广州市	慈达（广州）生物技术有限公司	慈达（广州）生物技术有限公司	I型（灭活型） VTM/10ml× 1支	批号：20220828	粤穗械备 20200330号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
5	医用压缩式雾化器	广州市	佛山市凯亚医疗科技有限公司	广州润之健医疗科技有限公司	KYWH1004	生产日期：2022 年1月12日	粤械注准 20192080858	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
6	新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	广州市	复星诊断科技（上海）有限公司	广州现代医院	96人份/盒	批号： C20220853	国械注准 20203400299	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
7	一次性使用输液器 带针	广州市	广东龙心医疗器械有限公司	广东省中医院二沙岛医院	IS-G-V3	批号：20220406	国械注准 20163140655	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
8	医用压缩雾化器	广州市	广州爱芯达电子有限公司	广州爱芯达电子有限公司	AXD-301	生产日期： 2022-04-18	粤械注准 20142080360	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
9	一次性使用医用外科口罩	广州市	广州白云蓝天电子科技有限公司	广州白云蓝天电子科技有限公司	平面型/大号	批号：26821051	粤械注准 20202141728	原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：江西省医疗器械检测中心	不合格	口罩带	
10	医用外科口罩	广州市	广州博达医疗用品有限公司	广州博达医疗用品有限公司	耳挂式(非无菌型)	批号： 20220425001	粤械注准 20212140431	原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：河南省药品医疗器械检验院	不合格	口罩带	
11	新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	广州市	广州达安基因股份有限公司	广州金域医学检验中心	大包装，480人份/盒	批号：20221025	国械注准 20203400749	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
12	新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	广州市	广州达安基因股份有限公司	广州中鑫医学检验实验室	大包装，48人份/盒	批号：2022003	国械注准 20203400063	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
13	医用压缩式雾化器	广州市	广州德米医用设备有限公司	广州德米医用设备有限公司	DM-YWH02(简单型)	批号：2204016	粤械注准 20162081541	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
14	医用外科口罩	广州市	广州冠桦生物医疗科技有限公司	广州冠桦生物医疗科技有限公司	耳挂式 17.5cm× 9.5cm	批号： GH2022BBF001	粤械注准 20222140297	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
15	一次性使用无菌注射器 带针	广州市	广州花山医用塑料厂	广州花山医用塑料厂	1ml	批号：20211008	国械注准 20163152447	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
16	医用外科口罩	广州市	广州洁康健康科技有限公司	广州洁康健康科技有限公司	挂耳式 JK9503 17.5cm*9.5cm	批号：20220518	粤械注准 20212141790	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
17	软性亲水接触镜	广州市	广州科甫眼镜有限公司	广州科甫眼镜有限公司	ABC	批号： 71AV2213729	国械注准 20153161021	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
18	软性亲水接触镜	广州市	广州科甫眼镜有限公司	广州科甫眼镜有限公司	3C+	批号： 25XV2213712	国械注准 20153160108	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
19	一次性使用医用口罩	广州市	广州市兴世电子有限公司	广州市兴世电子有限公司	挂耳式(非无菌) 17.5cm ×9.5cm	批号： XS20220113L	粤械注准 20202141494	原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：深圳市医疗器械检测中心	不合格	口罩带	
20	一次性使用无菌注射器 带针	广州市	湖南平安医械科技有限公司	广州市第一人民医院南沙医院	1ml	批号：批 20210824	国械注准 20153140969	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
21	一次性使用血液灌流器	广州市	健帆生物科技股份有限公司	南方医科大学珠江医院	HA130	批号： 2105071101	国械注准 20163101181	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
22	一次性使用血液灌流器	广州市	健帆生物科技股份有限公司	广州市妇女儿童医疗中心	HA280	批号： 2112260301	国械注准 20163101181	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
23	一次性使用血液灌流器	广州市	健帆生物科技股份有限公司	南方医科大学南方医院	HA130	批号： 2110230901	国械注准 20163101181	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
24	新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	广州市	江苏硕世生物科技股份有限公司	广州康都临床检验所（特殊普通合伙）	200人份/盒	批号：20220909	国械注准 20203400384	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
25	一次性使用输液器带针	广州市	江西洪达医疗器械集团有限公司	广州市天仁药业有限公司	B1-1	批号：批 20220511	国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
26	一次性使用输液器带针	广州市	江西洪达医疗器械集团有限公司	广州市从化区鳌头镇中心卫生院	B1-1	批号：批 20210903	国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
27	一次性使用输液器带针	广州市	江西洪达医疗器械集团有限公司	广州百信医院	B1-1	批号：批 20220521	国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
28	一次性使用输液器带针	广州市	江西洪达医疗器械集团有限公司	桂田诊所	B1-1	批号：批 20220522	国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
29	一次性使用无菌注射器带针	广州市	江西洪达医疗器械集团有限公司	广州市越秀区珠光街社区卫生服务中心	1ml	批号：批 20220107	国械注准 20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
30	一次性使用无菌注射器带针	广州市	江西洪达医疗器械集团有限公司	广州福济药业有限公司	1ml	批号：批 20211224	国械注准 20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
31	一次性使用输液器带针	广州市	聚民生物科技有限公司	增城双鸽医疗器械有限公司	IS-VA-2D	批号：210804	国械注准 20153140507	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
32	一次性使用无菌注射器带针	广州市	聚民生物科技有限公司	增城双鸽医疗器械有限公司	1ml	批号：211209	国械注准 20163141179	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
33	新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	广州市	卡尤迪生物科技宜兴有限公司	广州市荔湾中心医院	大包装：96人份/盒	批号：202209047	国械注准20203400644	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
34	耳背式助听器	广州市	欧仕达听力科技（厦门）有限公司	广州市增城悦音听力设备经营部	B304P	生产日期：2022-01-19	闽械注准20172460158	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
35	一次性使用输液器	广州市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	暨南大学附属第一医院	带针	批号：批20220321	国械注准20173144107	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
36	一次性使用无菌注射器	广州市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	暨南大学附属第一医院	1ml	批号：批20220111	国械注准20163141593	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
37	一次性使用无菌注射器	广州市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	广东药科大学附属第一医院	1ml	批号：批20220221	国械注准20163141593	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
38	一次性使用输液器	广州市	上海金塔医用器材有限公司	广州晨安医疗器械有限公司	JT-FSZ-5	批号：20210417	国械注准20153141738	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
39	一次性使用无菌注射器 带针	广州市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	广州市番禺区中医院	1ml	批号：批20210902	国械注准20163140518	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
40	一次性使用无菌注射器 带针	广州市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	广州市越秀区洪桥街社区卫生服务中心	1ml	批号：批A20211129	国械注准20163140518	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
41	新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法)	广州市	上海思路迪生物医学科技有限公司	康山医学检验实验室	300测试/盒	批号:QP07220932	国械注准20223400364	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
42	新型冠状病毒(2019-nCoV)核酸检测试剂盒(荧光PCR法)	广州市	深圳泰乐德医疗有限公司	广州拉索生物科技有限公司	50人份/盒	批号:20221102	国械注准20223401240	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
43	新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法)	广州市	圣湘生物科技股份有限公司	广州金域医学检验中心	48人份/盒	批号:2022947	国械注准20203400064	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
44	新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)	广州市	泰普生物科学(中国)有限公司	广州拉索医学检验实验室	96人份/盒	批号:342210	国械注准20223400675	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
45	新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法)	广州市	武汉明德生物科技股份有限公司	广州丰华医学检验实验室	大包装:100人份/盒	批号:220921	国械注准20203400212	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
46	一次性使用输液器带针	广州市	浙江京环医疗用品有限公司	番禺区中心医院	A-3L	批号:20220314	国械注准20153141919	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
47	一次性使用无菌注射器带针	广州市	浙江京环医疗用品有限公司	海珠区妇幼保健院	1ml	批号:20220107	国械注准20153141843	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
48	一次性使用无菌注射器带针	广州市	浙江京环医疗用品有限公司	广州市荔湾区东山街社区卫生服务中心	1ml	批号:20220107	国械注准20153141843	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
49	一次性使用输液器 带针	广州市	浙江灵洋医疗器械有限公司	广州市第一人民医院南沙医院	IS-G-V-A2	批号：20220211	国械注准 20193141613	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
50	新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	广州市	中元汇吉生物技术股份有限公司	广州曼陀罗学检验实验室	96人份/盒	批号：2209030	国械注准 20213400228	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
51	一次性使用无菌注射器 带针	广州市	注册人：上海康德莱企业发展集团股份有限公司（受托生产企业：浙江康德莱医疗器械集团有限公司）	广州壹加壹整形美容医院有限公司	1ml	批号：批 C20210823	国械注准 20163140518	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
52	一次性使用无菌注射器 带针	广州市	注册人：上海正邦医疗科技有限公司（委托单位：江西瑞邦实业集团有限公司）	广州市从化区中医院	2ml	批号：20220210	国械注准 20153140900	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
53	软性亲水接触镜	深圳市	杜柏隐形眼镜DUEBA Contact Lens（代理人：深圳市双君龙进出口有限公司）	深圳市美丽光学科技有限公司	Luxa	批号：Y1： DJ80K092 Y2： DJ80K094 Y3： DJ80K103 Y4： DJ80K122	国械注进 20163162898	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
54	一次性使用无菌注射器 带针	深圳市	广东康德莱医疗器械集团有限公司	深圳市福田区妇幼保健院	2ml	批号：批 20211101	国械注准 20153140848	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
55	一次性使用无菌注射器 带针	深圳市	湖南平安医械科技有限公司	深圳怡康妇产医院	1ml	批号：批 20201102	国械注准 20153140969	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
56	一次性使用无菌注射器 带针	深圳市	湖南平安医械科技有限公司	深圳仁合医院	1ml	批号：批 20211125	国械注准 20153140969	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
57	一次性使用血液灌流器	深圳市	健帆生物科技股份有限公司	深圳市第二人民医院	HA130	批号： 2110230101	国械注准 20163101181	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
58	一次性使用输液器 带针	深圳市	江西丰临医用器械有限公司	深圳市康之源医药有限公司	A1-2TS	批号：20220526	国械注准 20163140358	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
59	一次性使用输液器 带针	深圳市	江西洪达医疗器械集团有限公司	深圳市宝安区妇幼保健院	B1-1	批号：批 20220126	国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
60	一次性使用输液器 带针	深圳市	江西洪达医疗器械集团有限公司	深圳仁合医院	B1-1	批号：批 20220331	国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
61	一次性使用输液器 带针	深圳市	江西洪达医疗器械集团有限公司	深圳市盐田区人民医院	B1-1	批号：批 20220126	国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
62	一次性使用输液器 带针	深圳市	江西洪达医疗器械集团有限公司	深圳市大鹏新区妇幼保健院	B1-1	批号：批 20210618	国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
63	一次性使用无菌注射器 带针	深圳市	江西洪达医疗器械集团有限公司	深圳市盐田区人民医院	1ml	批号：批 20211004	国械注准 20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
64	一次性使用无菌注射器 带针	深圳市	江西洪达医疗器械集团有限公司	深圳军龙医院	1ml	批号：批 20211224	国械注准 20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
65	一次性使用无菌注射器 带针	深圳市	江西洪达医疗器械集团有限公司	深圳市大鹏新区妇幼保健院	1ml	批号：批 20211013	国械注准 20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
66	一次性使用无菌注射器 带针	深圳市	江西洪达医疗器械集团有限公司	深圳市康之源医药有限公司	1ml	批号：批 20220125	国械注准 20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
67	一次性使用无菌注射器 带针	深圳市	聚民生物科技有限公司	海丰县后门镇中心卫生院	1ml	批号：211109	国械注准 20163141179	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
68	一次性使用无菌注射器 带针	深圳市	聚民生物科技有限公司	中国科学院大学深圳医院（光明）公民社区健康服务中心	2ml	批号：211202	国械注准 20163141179	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
69	一次性使用无菌注射器 带针	深圳市	聚民生物科技有限公司	中国科学院大学深圳医院（光明）玉律社区健康服务中心	1ml	批号：211104	国械注准 20163141179	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
70	软性亲水接触镜	深圳市	珀丽拓奇有限公司 Polytouch Co.,Ltd.（代理人：广州市光艺眼镜有限公司）	都市光学（深圳）有限公司	Zero Seven Natural	批号：2TD10C1	国械注进 20153160265	广东省医疗器械质量监督检验所	不合格	折射率	
71	一次性使用输液器	深圳市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	香港大学深圳医院	进气式（普通）	批号：批 20220101	国械注准 20173661051	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
72	一次性使用输液器	深圳市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	深圳市龙华区中心医院	带针	批号：批20211111	国械注准20173144107	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
73	一次性使用输液器	深圳市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	深圳市罗湖区中医院	带针	批号：批20220611	国械注准20173664107	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
74	一次性使用无菌注射器	深圳市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	北京大学深圳医院	1ml	批号：批20220321	国械注准20163141593	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
75	一次性使用输液器 带针	深圳市	山东新华安得医疗用品有限公司	北京大学深圳医院深汕门诊部	SYQ	批号：220118	国械注准20193141686	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
76	一次性使用无菌注射器	深圳市	山东新华安得医疗用品有限公司	深圳市罗湖区中医院	1ml	批号：211107	国械注准20153141515	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
77	一次性使用输液器 带针	深圳市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	中山大学附属底气医院（深圳）	IVA323	批号：批20220117	国械注准20163141319	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
78	一次性使用医用口罩	深圳市	深圳德夏生物医学工程有限公司	深圳德夏生物医学工程有限公司	耳挂式，175mm×94mm，非无菌	批号：2022022101	粤械注准20202140868	原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：深圳市医疗器械检测中心	不合格	通气阻力	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
79	医用外科口罩	深圳市	深圳嘉信物联科技有限公司	深圳嘉信物联科技有限公司	挂耳式 17.5cm× 9.5cm	生产日期： 20220310	粤械注准 20212141579	原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：深圳市医疗器械检测中心	不合格	连接牢固度	
80	呼吸机	深圳市	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	SV800	生产日期： 2022-05-23	国械注准 20173541297	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
81	呼吸机	深圳市	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	SV70	生产日期： 2022-05-16	国械注准 20213080969	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
82	医用外科口罩	深圳市	深圳瑞之谷医疗科技有限公司	深圳瑞之谷医疗科技有限公司	RG29503	批号： 1620301M21120 1	粤械注准 20212140666	原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：深圳市医疗器械检测中心	不合格	口罩带	
83	一次性使用无菌阴道扩张器	深圳市	深圳市保安医疗用品有限公司	深圳市保安医疗用品有限公司	中号	批号：21103001	粤械注准 20152180696	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
84	一次性使用无菌注射器 带针	深圳市	深圳市保安医疗用品有限公司	深圳华侨城医院	1mL	批号：21082801	国械注准 20153141830	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
85	一次性使用无菌注射器 带针	深圳市	深圳市保安医疗用品有限公司	深圳平乐骨伤科医院(深圳市坪山区中医院)	1ml	批号：21120401	国械注准 20153141830	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
86	一次性使用无菌注射器 带针	深圳市	深圳市保安医疗用品有限公司	深圳市保安医疗用品有限公司	1ml	批号：22021801	国械注准 20153141830	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
87	红外额温计	深圳市	深圳市贝利斯科科技发展有限公司	深圳市贝利斯科科技发展有限公司	NC-9900	批号：202203	粤械注准 20152070397	广东省医疗器械质量监督检验所	不合格	提示功能	
88	软性亲水接触镜	深圳市	深圳市大仕城光学科技有限公司	深圳市大仕城光学科技有限公司	BARBIE	批号：22051501	国械注准 20193160914	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
89	一次性使用医用口罩	深圳市	深圳市宏富盛科技有限公司	深圳市宏富盛科技有限公司	平面形耳挂式(非无菌型)17.5cmx9.5cm(±5%)	批号：20220601	粤械注准 20212141385	原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：深圳市医疗器械检测中心	不合格	口罩带	
90	医用压缩式雾化器	深圳市	深圳市康时医疗器械有限公司	深圳市康时医疗器械有限公司	KS-WH200-F	批号： YF2109019	粤械注准 20202081894	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
91	一次性使用气管切开插管	深圳市	深圳市天可医疗科技有限公司	深圳市天可医疗科技有限公司	TRP-2L-7.5	批号： TK622034A	粤械注准 20192080141	广东省医疗器械质量监督检验所	不合格	套囊	
92	耳背式助听器	深圳市	深圳市智听科技有限公司	深圳市智听科技有限公司	Dion TWS 3	生产日期：2022年5月19日	粤械注准 20212191756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
93	耳背式助听器	深圳市	深圳市智听科技有限公司	深圳市智听科技有限公司	Dion 3	生产日期：2022年6月20日	粤械注准 20212191755	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
94	一次性使用无菌注射器 带针	珠海市	广东康德莱医疗器械集团有限公司	珠海市中西医结合医院	2ml	批号：批 20210317	国械注准 20153140848	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
95	一次性使用无菌注射器 带针	珠海市	广东康德莱医疗器械集团有限公司	珠海市妇幼保健院(珠海市妇女儿童医院)	1ml	批号：批 20210908	国械注准 20153140848	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
96	一次性使用无菌注射器 带针	珠海市	广东康德莱医疗器械集团有限公司	珠海高新技术产业开发区人民医院	1ml	批号：批 20210414	国械注准 20153140848	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
97	一次性使用无菌注射器 带针	珠海市	广东康德莱医疗器械集团有限公司	广东康德莱医疗器械集团有限公司	1ml	批号：20220323	国械注准 20153140848	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
98	一次性使用输液器	珠海市	广东龙心医疗器械有限公司	珠海市妇幼保健院(珠海市妇女儿童医院)	IS-G-V4	批号：20210331	国械注准 20153141834	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
99	一次性使用输液器 带针	珠海市	湖北仙明医疗器械有限公司	珠海市斗门区侨立中医院	B2	批号：批 20220317	国械注准 20153141851	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
100	一次性使用血液灌流器	珠海市	健帆生物科技股份有限公司	广东省人民医院珠海医院(珠海市金湾中心医院)	HA130	批号： 2110220601	国械注准 20163101181	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
101	一次性使用血液灌流器	珠海市	健帆生物科技股份有限公司	国药控股珠海有限公司	HA130	批号： 2110220601	国械注准 20163101181	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
102	一次性使用血液灌流器	珠海市	健帆生物科技股份有限公司	健帆生物科技股份有限公司	KHA80	批号： 2204150120	国械注准 20193100932	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
103	一次性使用血液灌流器	珠海市	健帆生物科技股份有限公司	健帆生物科技股份有限公司	HA130	批号： 2203160701	国械注准 20163101181	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
104	压缩式雾化器	珠海市	江苏鹿得医疗电子股份有限公司	深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司珠海上城药房	NB-212C	机身编号： 2221200964	苏械注准 20152080550	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
105	一次性使用无菌注射器 带针	珠海市	江西洪达医疗器械集团有限公司	遵义医科大学第五附属(珠海)医院	中头式 1ml	批号: 批 20211022	国械注准 20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
106	一次性使用无菌注射器 带针	珠海市	江西洪达医疗器械集团有限公司	珠海市斗门区侨立中医院	1ml	批号: 批 20211022	国械注准 20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
107	一次性使用无菌注射器 带针	珠海市	江西洪达医疗器械集团有限公司	珠海高新技术产业开发区(唐家湾镇)卫生院	1ml	批号: 批 20211009	国械注准 20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
108	压缩式雾化器	珠海市	柯尔(苏州)医疗科技有限公司	珠海美欣医药有限公司	WHB	生产日期: 2022 年 01 月 10 日	苏械注准 20192081352	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
109	压缩式吸入器	珠海市	欧姆龙(大连)有限公司	珠海美欣医药有限公司	NE-C28	生产日期: 2021. 12. 17	辽械注准 20142210025	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
110	一次性使用输液器 带针	珠海市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	遵义医科大学第五附属(珠海)医院	带针	批号: 批 20220311	国械注准 20173144107	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
111	一次性使用输液器 带针	珠海市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	遵义医科大学第五附属(珠海)医院	带针	批号: 批 20210921	国械注准 20173144107	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
112	一次性使用无菌注射器	珠海市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	珠海市人民医院	2ml	批号: 批 20220301	国械注准 20163141593	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
113	一次性使用无菌注射器	珠海市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	珠海市人民医院	1ml	批号：批20211021A	国械注准20163141593	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
114	一次性使用输液器 带针	珠海市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	广东康德莱医疗供应链管理有限公司	IVA323	批号：批C20220511	国械注准20163141319	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
115	一次性使用输液器 带针	珠海市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	广东康德莱医疗供应链管理有限公司	IVA323	批号：批C20211011	国械注准20163141319	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
116	一次性使用输液器 带针	珠海市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	珠海高新技术产业开发区人民医院	IVA323	批号：批C20211102	国械注准20163141319	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
117	一次性使用输液器 带针	珠海市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	珠海市中西医结合医院	IVA327	批号：批C20220102	国械注准20163141319	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
118	一次性使用无菌注射器 带针	珠海市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	广东康德莱医疗供应链管理有限公司	2ml	批号：批K20211220	国械注准20163140518	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
119	压缩式雾化器	珠海市	珠海市美浩科技有限公司	珠海市美浩科技有限公司	MHC-102	生产日期：20220209	粤械注准20192080509	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
120	一次性使用无菌注射器 带针	珠海市	注册人：上海康德莱企业发展集团股份有限公司（受托生产企业：浙江康德莱医疗器械股份有限公司）	广东康德莱医疗供应链管理有限公司	1ml	批号：批C20211109	国械注准20163140518	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
121	医用压缩雾化器	汕头市	广东粤华医疗器械厂有限公司	广东粤华医疗器械厂有限公司	CN-400	批号：22180102	粤械注准 20182210165	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
122	一次性使用无菌注射器 带针	汕头市	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	潮南振武医院	1ml	批号：220216	国械注准 20153140686	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
123	一次性使用输液器 带针	汕头市	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司	潮南振武医院	A	批号：220330	国械注准 20163140589	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
124	一次性使用输液器 带针	汕头市	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司	汕头市拓翔科技有限公司	A	批号：220517	国械注准 20163140589	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
125	一次性使用输液器 带针	汕头市	湖南平安医械科技有限公司	汕头市澄海区人民医院	B6	批号：20220116	国械注准 20183661589	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
126	一次性使用血液灌流器	汕头市	健帆生物科技股份有限公司	汕头潮南民生医院	HA100	批号： 2111270801	国械注准 20163101181	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
127	一次性使用血液灌流器	汕头市	健帆生物科技股份有限公司	汕头市中心医院	HA130	批号： 2110221201	国械注准 20163101181	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
128	一次性使用无菌注射器 带针	汕头市	江西丰临医用器械有限公司	汕头市澄海区溪南镇卫生院	2ml	批号：20211026	国械注准 20153141525	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
129	一次性使用无菌注射器 带针	汕头市	江西丰临医用器械有限公司	汕头市澄海区隆都中心卫生院	1ml	批号：20220106	国械注准 20153141525	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
130	一次性使用无菌注射器 带针	汕头市	江西洪达医疗器械集团有限公司	汕头妇产医院	1ml	批号：批 20211224	国械注准 20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
131	一次性使用无菌注射器 带针	汕头市	江西洪达医疗器械集团有限公司	濠江新圣骨科医院	1ml	批号：批20211009	国械注准20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
132	一次性使用输液器	汕头市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	南澳县人民医院	带针	批号：批20220511	国械注准20173144107	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
133	一次性使用输液器 带针	汕头市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	汕头市第二人民医院	带针	批号：批20220601A	国械注准20173144107	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
134	一次性使用无菌注射器 带针	汕头市	汕头华尔怡医疗器械有限公司	汕头华尔怡医疗器械有限公司	1ml	批号：20210502	国械注准20173154172	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
135	一次性使用无菌注射器 带针	汕头市	上海金塔医用器材有限公司	汕头市濠江区人民医院	1ml	批号：20220105	国械注准20173154085	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
136	一次性使用输液器 带针	汕头市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	汕头市龙湖区第二人民医院	IVA327	批号：批C20220228	国械注准20163141319	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
137	一次性使用输液器 带针	汕头市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	汕头星光妇产医院	IVA327	批号：批C20220410	国械注准20163141319	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
138	一次性使用无菌注射器 带针	汕头市	上海米沙瓦医科工业有限公司	南澳县后宅镇新乡村渔卫生站	2ml	批号：20210329	国械注准20153142150	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
139	一次性使用无菌注射器 带针	汕头市	注册人：上海康德莱企业发展集团股份有限公司(受托生产企业：广东康德莱医疗器械集团有限公司)	汕头星光妇产医院	1ml	批号：批A20210819	国械注准20163140518	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
140	一次性使用无菌注射器 带针	汕头市	注册人：上海康德莱企业发展集团股份有限公司(受托生产企业：广东康德莱医疗器械集团有限公司)	汕头市皮肤性病防治院	2ml	批号：批A20220228	国械注准20163140518	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
141	压缩式雾化器	韶关市	东莞市天元医疗器械有限公司	韶关市福仁医疗器械有限公司	TCN-02WU	批号：21100100417	粤械注准20162080232	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
142	医用压缩空气雾化器	韶关市	佛山市顺德区键合电子有限公司	韶关市武江区陆陆健医疗器械有限公司	WHB02	机身编号：W22B100DDF	粤械注准20172541617	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
143	一次性使用无菌注射器 带针	韶关市	河南曙光汇知康科技股份有限公司	仁化县妇幼保健院	1ml	批号：211225	国械注准20153140686	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
144	一次性使用血液灌流器	韶关市	健帆生物科技股份有限公司	乳源瑶族自治县中医医院	HA130	批号：2202090501	国械注准20163101181	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
145	一次性使用血液灌流器	韶关市	健帆生物科技股份有限公司	翁源县人民医院	HA130	批号：2110221201	国械注准20163101181	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
146	一次性使用输液器 带针	韶关市	江西洪达医疗器械集团有限公司	仁化县人民医院	B1-1	批号：批 20220222	国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
147	一次性使用输液器 带针	韶关市	江西洪达医疗器械集团有限公司	乐昌市中医院	B1-1	批号：批 20220621	国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
148	一次性使用输液器 带针	韶关市	江西洪达医疗器械集团有限公司	始兴县妇幼保健院	B1-1	批号：批 20220621	国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
149	一次性使用输液器 带针	韶关市	江西洪达医疗器械集团有限公司	新丰县中医院	B1-1	批号：批 20220520	国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
150	一次性使用输液器 带针	韶关市	江西洪达医疗器械集团有限公司	韶关市曲江区马坝镇卫生院	B1-1	批号：批 20220330	国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
151	一次性使用输液器 带针	韶关市	江西洪达医疗器械集团有限公司	乳源瑶族自治县游溪镇卫生院	自动止液 Z-1L 型	批号：批 20211217	国械注准 20153140034	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
152	一次性使用无菌注射器 带针	韶关市	江西洪达医疗器械集团有限公司	新丰县丰城街道社区卫生服务中心	1ml	批号：批 20211010	国械注准 20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
153	一次性使用无菌注射器 带针	韶关市	江西洪达医疗器械集团有限公司	翁源县中医院	1ml	批号：批 20211004	国械注准 20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
154	一次性使用无菌注射器 带针	韶关市	江西洪达医疗器械集团有限公司	乳源瑶族自治县桂头镇中心卫生院	1ml	批号：批 20220123	国械注准 20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
155	一次性使用无菌注射器 带针	韶关市	江西洪达医疗器械集团有限公司	始兴县太平镇中心卫生院	1ml	批号：批 20210914	国械注准 20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
156	医用外科口罩 (非灭菌)	韶关市	乐昌市宝创环保新材料制品有限公司	乐昌市宝创环保新材料制品有限公司	BCP3003 平板式 17.5cm × 9.5cm	批号: 20220222001	粤械注准 20202141778	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 深圳市医疗器械检测中心	不合格	口罩带	
157	一次性使用无菌注射器 带针	韶关市	注册人: 深圳市保安医疗用品有限公司(受托生产企业: 江西保尔安生物医疗科技有限公司)	南雄市人民医院	1ml	批号: 21122101	国械注准 20153141830	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
158	一次性医用外科口罩	河源市	广东亚力斯特实业有限公司	广东亚力斯特实业有限公司	L17.5cm × W9.5cm	批号: 20220520	粤械注准 20202141953	广东省医疗器械质量监督检验所	不合格	口罩带	
159	医用一次性防护服	河源市	广州贝奥吉因生物科技股份有限公司	河源市源城区中医院(源城区源西社区卫生服务中心)	175 连体式	批号: 2020120101	粤械注准 20202140532	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 广西医疗器械检测中心	不合格	外观	
160	一次性使用无菌注射器 带针	河源市	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	龙川市东医院	1ml	批号: 210826	国械注准 20153140686	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
161	一次性使用无菌注射器 带针	河源市	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	和平缪仕海中医诊所	1ml	批号: 210709	国械注准 20153140686	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
162	一次性使用输液器 带针	河源市	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司	河源华信泰康医院	A	批号: 批 211120	国械注准 20163140589	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
163	一次性使用输液器 带针	河源市	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司	和平伟英诊所	TA	批号: 220410	国械注准 20163140239	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
164	一次性使用输液器 带针	河源市	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司	龙川县妇幼保健院	HFA	批号: 220309	国械注准 20153141090	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
165	一次性使用输液器 带针	河源市	湖北仙明医疗器械有限公司	紫金县人民医院	B1	批号: 批 20220621	国械注准 20153141851	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
166	一次性使用血液灌流器	河源市	健帆生物科技股份有限公司	紫金县中医院	HA130	批号: 2110221401	国械注准 20163101181	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
167	一次性使用输液器 带针	河源市	江西洪达医疗器械集团有限公司	河源健民医院	自动止液 Z-1L	批号: 批 20220402	国械注准 20153140034	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
168	一次性使用输液器 带针	河源市	江西洪达医疗器械集团有限公司	东源县新港镇卫生院	B1-1	批号: 批 20210817	国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
169	一次性使用无菌注射器 带针	河源市	江西洪达医疗器械集团有限公司	东源县灯塔中心卫生院	1ml	批号: 批 20210413	国械注准 20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
170	一次性使用无菌注射器 带针	河源市	江西洪达医疗器械集团有限公司	连平县妇幼保健院	1ml	批号: 批 20211023	国械注准 20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
171	一次性使用输液器 带针	河源市	聚民生物科技股份有限公司	连平县人民医院	IS-Va-2D	批号: 210801	国械注准 20153140507	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
172	一次性使用无菌注射器 带针	河源市	聚民生物科技有限公司	紫金县中医院	2ml	批号：210507	国械注准 20163141179	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
173	一次性使用输液器	河源市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	瑞康医药河源有限公司	带针	批号：20220101	国械注准 20173144107	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
174	一次性使用无菌注射器	河源市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	河源市深河人民医院	2ml	批号：批 20220221	国械注准 20163141593	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
175	一次性使用输液器 带针	河源市	上海宝舜医疗器械有限公司	和平县阳明镇卫生院	IS-GIV	批号：20220525	国械注准 20143142349	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
176	一次性使用医用口罩	梅州市	广东博奥康医疗科技有限公司	五华县大道药业有限公司	耳挂式(非无菌) 17.5× 9.5cm	批号：20210104	粤械注准 20202141141	广东省医疗器械质量监督检验所	不合格	口罩带	
177	一次性使用无菌注射器 带针	梅州市	广东康德莱医疗器械集团有限公司	大埔县中医医院	1ml	批号：批 20210628	国械注准 20153140848	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
178	一次性使用输液器 带针	梅州市	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	大埔县中医医院	PFA-2	批号：210826	国械注准 20153140722	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
179	一次性使用无菌注射器 带针	梅州市	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	兴宁鸿惠医院	1ml	批号：220120	国械注准 20153140686	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
180	一次性使用无菌注射器 带针	梅州市	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	五华县长布镇中心卫生院	1ml	批号：220219	国械注准 20153140686	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
181	一次性使用输液器 带针	梅州市	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司	五华县水寨镇大坝卫生院	TA	批号：220326	国械注准 20163140239	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
182	一次性使用血液灌流器	梅州市	健帆生物科技股份有限公司	国药控股梅州有限公司	HA130	批号： 2110220801	国械注准 20163101181	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
183	一次性使用输液器 带针	梅州市	江西丰临医用器械有限公司	五华县郭田镇卫生院	A1-2TS	批号： 20220423D	国械注准 20163140358	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
184	一次性使用输液器 带针	梅州市	江西红新医疗器械集团有限公司	兴宁市叶塘镇卫生院	B-1	批号：批 20220303	国械注准 20193141942	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
185	一次性使用输液器 带针	梅州市	江西洪达医疗器械集团有限公司	蕉岭县中医医院	B1-1	批号：批 20220416	国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
186	一次性使用无菌注射器 带针	梅州市	江西洪达医疗器械集团有限公司	梅州市华弘医药有限公司	1ml	批号：批 20210714	国械注准 20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
187	一次性使用无菌注射器 带针	梅州市	聚民生物科技有限公司	广东锦华贸易有限公司	2ml	批号：210413	国械注准 20163141179	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
188	压缩式雾化器	梅州市	可孚医疗科技股份有限公司	广东康泽药业连锁有限公司新县城店	KF-WHQ-08	批号： P32207003	湘械注准 20182080191	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
189	医用压缩式雾化器	梅州市	宁波市北瑞晶医疗器械有限公司	梅州市健寿大药房有限公司	RJ-207	批号： J12023-453	浙械注准 20192080130	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
190	一次性使用输液器 带针	梅州市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	丰顺县人民医院	带针	批号：批 20220601	国械注准 20173144107	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
191	一次性使用输液器 带针	梅州市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	平远县人民医院	IVA323	批号：批 C20211112	国械注准 20163141319	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
192	一次性使用输液器 带针	梅州市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	丰良镇中心卫生院	IVA323	批号：批 C20210315	国械注准 20163661319	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
193	一次性使用无菌注射器 带针	梅州市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	广东深华药业有限公司	2ml	批号：批 A20211222	国械注准 20163140518	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
194	一次性使用无菌注射器 带针	梅州市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	平远县人民医院	1ml	批号：批 A20210925	国械注准 20163140518	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
195	一次性使用无菌注射器 带针	梅州市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	梅州市梅县区妇幼保健院	1ml	批号：批 A20210528	国械注准 20163140518	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
196	一次性使用医用口罩	惠州市	惠州市昊阳无纺布实业有限公司	惠州市昊阳无纺布实业有限公司	挂耳式 17.5cm× 9.5cm	批号：20220406	粤械注准 20202141393	广东省医疗器械质量监督检验所	不合格	口罩带	
197	医用一次性防护服	惠州市	惠州市新俊达塑料制品有限公司	惠州市新俊达塑料制品有限公司	连身式 175	批号：20220602	粤械注准 20222140598	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
198	一次性使用无菌注射器 带针	惠州市	江苏康宝医疗器械有限公司	中信惠州医院有限公司	1ml	批号：20210602	国械注准 20173154571	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
199	压缩空气式雾化器	惠州市	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司惠州大亚湾区澳头健康药房	405A	生产日期：2022-03-29	苏械注准20162260236	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
200	一次性使用输液器 带针	惠州市	江西红新医疗器械集团有限公司	惠州市中医医院	B-3	批号：批20220426	国械注准20193141942	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
201	一次性使用输液器 带针	惠州市	江西洪达医疗器械集团有限公司	龙门县平陵街道社区卫生服务中心	P-1 型	批号：批20220315	国械注准20173664166	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
202	一次性使用输液器 带针	惠州市	江西洪达医疗器械集团有限公司	惠阳长安医院	B1-1	批号：批20220618	国械注准20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
203	一次性使用输液器 带针	惠州市	江西洪达医疗器械集团有限公司	惠州市康泽药业有限公司	B1-1	批号：批20220427	国械注准20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
204	一次性使用无菌注射器 带针	惠州市	江西洪达医疗器械集团有限公司	龙门县龙田镇卫生院	1ml	批号：20211010	国械注准20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
205	一次性使用无菌注射器 带针	惠州市	江西洪达医疗器械集团有限公司	惠阳玛莱妇产医院	1ml	批号：批20211009	国械注准20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
206	一次性使用无菌注射器 带针	惠州市	聚民生物科技有限公司	惠东县妇幼保健计划生育服务中心	1ml	批号：211110	国械注准20163141179	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
207	一次性使用无菌注射器 带针	惠州市	聚民生物科技有限公司	博罗县石湾镇铁场卫生院	2ml	批号：211110	国械注准20163141179	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
208	一次性使用无菌注射器 带针	惠州市	聚民生物科技有限公司	惠州市第一人民医院	1ml	批号：211209	国械注准 20163141179	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
209	一次性使用输液器 带针	惠州市	南阳市久康医疗器械有限公司	博罗县人民医院	A3	批号：20220620	国械注准 20183141843	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
210	一次性使用输液器	惠州市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	惠州市惠城区小金口人民医院	带针	批号：批 20210711	国械注准 20173144107	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
211	一次性使用输液器 带针	惠州市	上海金塔医用器材有限公司	惠东县黄埠镇盐洲卫生院	JT-ZIS-1C1	批号：20210609	国械注准 20173660954	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
212	一次性使用无菌注射器 带针	惠州市	注册人：上海康德莱企业发展集团股份有限公司（受托生产企业：广东康德莱医疗器械集团有限公司）	惠州大亚湾经济技术开发区卡发去西区社区卫生服务中心	1ml	批号：批 A20211125	国械注准 20163140518	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
213	一次性使用输液器 带针	汕尾市	北京伏尔特技术有限公司	中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院	FLB-23S15	批号：批 220113	国械注准 20163141393	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
214	手持医用压缩式雾化器	汕尾市	佛山市顺德区键合电子有限公司	汕尾市亿康健康管理服务有限公司	H1B	批号： W21L010G0D	粤械注准 20212081281	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
215	一次性使用无菌注射器 带针	汕尾市	广州花山医用塑料厂	海丰县医药公司	2ml	批号：20201025	国械注准 20163152447	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
216	一次性使用无菌注射器 带针	汕尾市	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	海丰县医药公司	1ml	批号：220213	国械注准 20153140686	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
217	一次性使用输液器 带针	汕尾市	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司	海丰县医药公司	TA	批号：220227	国械注准 20163140239	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
218	一次性使用无菌注射器 带针	汕尾市	湖南平安医械科技有限公司	汕尾中心医院	1ml	批号：批 20211127	国械注准 20153140969	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
219	一次性使用输液器 带针	汕尾市	江西洪达医疗器械集团有限公司	广东立德药业有限公司	B1-1	批号：批 20211129	国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
220	一次性使用输液器 带针	汕尾市	江西洪达医疗器械集团有限公司	汕尾中山医院	B1-1	批号：批 20211029	国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
221	一次性使用输液器 带针	汕尾市	江西洪达医疗器械集团有限公司	汕尾中山医院	B1-1	批号：批 20220125	国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
222	一次性使用无菌注射器 带针	汕尾市	江西洪达医疗器械集团有限公司	广东立德药业有限公司	1ml	批号：批 K20210512	国械注准 20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
223	一次性使用输液器 带针	汕尾市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	汕尾逸挥基金医院	IVA327	批号：批 C20220401	国械注准 20163141319	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
224	一次性使用无菌注射器 带针	汕尾市	注册人：上海康德莱企业发展集团股份有限公司（受托生产企业：广东康德莱医疗器械集团有限公司）	汕尾亮晴工程眼科医院有限公司	2ml	批号：批A20220228	国械注准20163140518	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
225	一次性使用无菌注射器 带针	汕尾市	注册人：上海康德莱企业发展集团股份有限公司（受托生产企业：浙江康德莱医疗器械集团有限公司）	中山大学孙逸仙纪念深汕中心医院	1ml	批号：批C20211116	国械注准20163140518	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
226	红外线体温计	东莞市	东莞市海永医疗器械有限公司	东莞市海永医疗器械有限公司	HY-216	生产日期：20220210	粤械注准20172200462	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
227	医用压缩式雾化器	东莞市	东莞市健宝电子科技有限公司	东莞市健宝电子科技有限公司	CN-B-0317	机身编号：2205018000582	粤械注准20192081101	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
228	压缩式雾化器	东莞市	东莞市天元医疗器械有限公司	东莞市天元医疗器械有限公司	TCN-02WC	批号：2111030399	粤械注准20162080232	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
229	医用压缩雾化器	东莞市	东莞市兴洲电子科技有限公司	东莞市兴洲电子科技有限公司	NBC-1	批号：2022030901	粤械注准20172080209	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
230	医用红外体温计	东莞市	东莞市雄鹿医疗科技有限公司	东莞市雄鹿医疗科技有限公司	XL-F02	批号：F2208001	粤械注准20192071228	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
231	非接触式红外额温计	东莞市	东莞万创电子制品有限公司	东莞万创电子制品有限公司	HF150	生产日期：2022年06月18日	粤械注准20212070770	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
232	医用压缩雾化器	东莞市	东莞英华融泰医疗科技有限公司	东莞英华融泰医疗科技有限公司	FC07	生产日期：2022.07.19	粤械注准20172080011	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
233	一次性使用负压引流装置	东莞市	东莞住友电木有限公司	东莞住友电木有限公司	MD-EC832NA	批号：105TEC04	粤械注准20202142180	原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：深圳市医疗器械检测中心	不合格	硬度、紫外吸光度	
234	一次性使用输液器	东莞市	广东龙心医疗器械有限公司	东莞市妇幼保健院	IS-G-V3-60	批号：20220425	国械注准20153141834	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
235	医用压缩雾化器	东莞市	广州爱芯达电子有限公司	东莞市祥龙医疗用品有限公司	AXD-302	生产日期：2021.11.23	粤械注准20142080360	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
236	一次性使用无菌注射器 带针	东莞市	湖南平安医械科技有限公司	东莞大朗明彰纪念医院	1ml	批号：批20220114	国械注准20153140969	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
237	一次性使用血液灌流器	东莞市	健帆生物科技股份有限公司	东莞市东部中心医院	HA130	批号：2112230401	国械注准20163101181	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
238	一次性使用血液灌流器	东莞市	健帆生物科技股份有限公司	东莞市中医院	HA130	批号：2110220501	国械注准20163101181	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
239	一次性使用血液灌流器	东莞市	健帆生物科技股份有限公司	东莞市松山湖中心医院	HA130	批号：2111271201	国械注准20163101181	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
240	一次性使用无菌注射器 带针	东莞市	江苏康友医疗器械有限公司	东莞市石碣医院	1ml	批号：20210827	国械注准 20173150011	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
241	压缩空气式雾化器	东莞市	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	广东省东莞国药集团大朗医药有限公司松佛药店	405A	生产日期： 2022-01-08	苏械注准 20162080236	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
242	一次性使用输液器 带针	东莞市	江西洪达医疗器械集团有限公司	东莞塘厦振兴围广仁门诊部	B1-1	批号：批 20220126	国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
243	一次性使用输液器 带针	东莞市	江西洪达医疗器械集团有限公司	东莞石排济仁门诊部有限公司	B1-1	批号：批 20220610	国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
244	一次性使用输液器 带针	东莞市	江西洪达医疗器械集团有限公司	东莞东华医院	B1-1	批号：批 20220213	国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
245	一次性使用输液器 带针	东莞市	江西洪达医疗器械集团有限公司	东莞虎门沙角康乃馨康佳门诊部	B1-1	批号：批 20220523	国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
246	一次性使用无菌注射器 带针	东莞市	江西洪达医疗器械集团有限公司	东莞厚街东弘门诊部	中头式 1ml	批号：批 20210417	国械注准 20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
247	一次性使用无菌注射器 带针	东莞市	江西洪达医疗器械集团有限公司	东莞市大岭山徧仁妇产医院	1ml	批号：批 20210809	国械注准 20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
248	一次性使用无菌注射器 带针	东莞市	江西洪达医疗器械集团有限公司	东莞塘厦四村广仁众康门诊部	1ml	批号：批 20211104	国械注准 20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
249	一次性使用无菌注射器 带针	东莞市	江西洪达医疗器械集团有限公司	东莞市清溪镇社区卫生服务中心	1ml	批号：批 20211223	国械注准 20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
250	一次性使用输液器 带针	东莞市	南阳市久康医疗器械有限公司	东莞虎门滨沙普通专科门诊部	A3	批号：批 20220603	国械注准 20183141843	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
251	产科手术包	东莞市	汕头市润康医疗用品有限公司	东莞市众诚医药有限公司	产包	批号：20211020	粤械注准 20162641411	广东省医疗器械质量监督检验所	不合格	抗渗水性	
252	一次性使用无菌注射器 带针	东莞市	上海金塔医用器材有限公司	东莞市石排镇社区卫生服务中心	1ml	批号：20211214	国械注准 20173154085	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
253	一次性使用无菌注射器 带针	东莞市	上海金塔医用器材有限公司	东莞市大朗医院	2ml	批号：20220426	国械注准 20173154085	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
254	多普勒胎心仪	东莞市	深圳卫康明科技有限公司	东莞市凯莹药业有限公司	FD-270G	批号：20210690	粤械注准 20192180729	原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：深圳市医疗器械检测中心	不合格	辐射发射	
255	蜀郎中盒式助听器	东莞市	天键医疗科技(广东)有限公司	东莞市大参林连锁药店有限公司茶山分店	LinwinHP 干电池版	批号： 2201040008	粤械注准 20192190923	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
256	一次性使用无菌注射器 带针	东莞市	浙江京环医疗用品有限公司	东莞市樟木头医院	1ml	批号：20210325	国械注准 20153141843	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
257	医用压缩空气雾化器	中山市	佛山市顺德区键合电子有限公司	中山市石岐区莲峰福恒生医疗器械用品店	WHB01	批号： W22D030EGH	粤械注准 20172541617	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
258	一次性使用无菌注射器 带针	中山市	湖南平安医械科技有限公司	中山市小榄人民医院	1ml	批号：批 20220310	国械注准 20153140969	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
259	一次性使用血液灌流器	中山市	健帆生物科技股份有限公司	中山市中卫医疗器械有限公司	HA330-II	批号： 2108230301	国械注准 20163101181	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
260	一次性使用血液灌流器	中山市	健帆生物科技股份有限公司	华润中山医药有限公司	HA130	批号： 2201061301	国械注准 20163101181	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
261	软性亲水接触镜	中山市	江苏海伦隐形眼镜有限公司	中山市港口镇大明廊眼镜店	Stella 彩色放大环 D.	批号：8098420、 8131694、 8128923、 8128971、 8128950、 8292224、 8128932	国械注准 20173221440	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
262	一次性使用输液器 带针	中山市	江西洪达医疗器械集团有限公司	中山市小榄人民医院	H 型	批号：批 20220320	国械注准 20143142049	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
263	一次性使用无菌注射器 带针	中山市	江西益康医疗器械集团有限公司	中山市人民医院	1ml	批号：批 220106	国械注准 20153141516	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
264	一次性使用输液器 带针	中山市	聚民生物科技有限公司	广东柯尼兹医疗器械有限公司	IS-Va-2D	批号：210803	国械注准 20153140507	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
265	一次性使用无菌注射器 带针	中山市	聚民生物科技有限公司	广东柯尼兹医疗器械有限公司	1ml	批号：2112032	国械注准 20163141179	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
266	一次性使用医用口罩	中山市	美芝达医疗科技(广东)有限公司	美芝达医疗科技(广东)有限公司	平面耳挂式 17.5cm× 9.5cm	批号: Y2022051602B	粤械注准 20212141878	原检机构:广东省医疗器械质量监督检验所;复检机构:河北省药品医疗器械检验研究院	不合格	通气阻力	
267	一次性使用输液器	中山市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	中山市博爱医院	带针	批号:批 20220211	国械注准 20173144107	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
268	一次性使用无菌注射器	中山市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	中山市博爱医院	1ml	批号:批 20220111	国械注准 20163141593	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
269	一次性使用无菌注射器	中山市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	中山市坦洲人民医院	1ml	批号:批 20220301	国械注准 20163141593	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
270	一次性使用无菌注射器	中山市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	中山市港口医院	2ml	批号:批 20220511	国械注准 20163141593	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
271	一次性使用输液器带针	中山市	圣光医用制品股份有限公司	中山市港口医院	A3	批号:20220221	国械注准 20163141418	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
272	一次性使用输液器带针	中山市	浙江京环医疗用品有限公司	中山火炬开发区医院	A-3	批号:20220413	国械注准 20153141919	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
273	一次性使用输液器 带针	中山市	浙江京环医疗用品有限公司	华润中山医药有限公司	A-3	批号：20211111	国械注准 20153141919	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
274	一次性使用输液器 带针	中山市	浙江京环医疗用品有限公司	中山市中医院	A-3	批号：20211111	国械注准 20153141919	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
275	一次性使用输液器 带针	中山市	浙江京环医疗用品有限公司	中山市人民医院	A-3L	批号：20220224	国械注准 20153141919	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
276	一次性使用无菌注射器 带针	中山市	浙江京环医疗用品有限公司	中山火炬开发区医院	1ml	批号：20210805	国械注准 20153141843	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
277	一次性使用无菌注射器 带针	中山市	浙江京环医疗用品有限公司	中山市中医院	1ml	批号：20220217	国械注准 20153141843	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
278	软性亲水接触镜	中山市	中山超亮力隐形眼镜有限公司	中山超亮力隐形眼镜有限公司	CDST	批号：SYN232	国械注准 20153161050	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
279	耳背式助听器	中山市	中山市大耳朵电子科技有限公司	中山市大耳朵电子科技有限公司	G25	批号： 2204080911	粤械注准 20192190011	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
280	耳背式助听器	中山市	中山市威尔顿电子科技有限公司	中山市威尔顿电子科技有限公司	17A	批号：2205	粤械注准 20182460522	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
281	医用外科口罩	湛江市	广东华晟医药科技有限公司	广东华晟医药科技有限公司	平面型 175mm×95mm (非灭菌级)	批号：20220401	粤械注准 20202141716	广东省医疗器械质量监督检验所	不合格	口罩带	
282	医用压缩雾化器	湛江市	广州爱芯达电子有限公司	湛江市麻章区威康医疗器械经营部	AXD-305	生产日期： 2022. 02. 19	粤械注准 20142080360	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
283	软性亲水接触镜	湛江市	广州科甫眼镜有限公司	湛江市霞山区步行街广医眼镜店	ABC	批号： 11THOA27B27	国械注准 20153161021	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
284	一次性使用无菌注射器 带针	湛江市	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	雷州市第二人民医院	1ml	批号：210721	国械注准 20153140686	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
285	压缩空气式雾化器	湛江市	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	春天100连锁药店恒大绿洲店	403K	生产日期： 2022-03-14	苏械注准 20162260236	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
286	一次性使用输液器 带针	湛江市	江西丰临医用器械有限公司	廉江市皮肤病医院	A1-2TS	批号： 20211215D	国械注准 20163140358	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
287	一次性使用输液器 带针	湛江市	江西洪达医疗器械集团有限公司	湛江市霞山区骨伤科医院	B1-1	批号：批 20220322	国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
288	一次性使用输液器 带针	湛江市	江西洪达医疗器械集团有限公司	遂溪县人民医院	自动止液 Z-1L	批号：批 20220402	国械注准 20153140034	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
289	一次性使用无菌注射器 带针	湛江市	江西洪达医疗器械集团有限公司	廉江市人民医院	1ml	批号：批 20220212	国械注准 20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
290	一次性使用无菌注射器 带针	湛江市	江西洪达医疗器械集团有限公司	遂溪县界炮镇卫生院	1ml	批号：批 20220113	国械注准 20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
291	一次性使用无菌注射器 带针	湛江市	江西洪达医疗器械集团有限公司	湛江赤坎百园门诊部	1ml	批号：批 20211229	国械注准 20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
292	一次性使用无菌注射器 带针	湛江市	江西瑞邦实业集团有限公司	吴川市浅水镇卫生院	1ml	批号：20210710	国械注准 20153140900	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
293	一次性使用输液器 带针	湛江市	南阳市久康医疗器械有限公司	徐闻县第二人民医院	A3	批号：20220330	国械注准 20183141843	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
294	一次性使用输液器 带针	湛江市	上海金塔医用器材有限公司	吴川市塘缀镇第二卫生院	JT-ZIS-1C1	批号：20220402	国械注准 20173660954	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
295	一次性使用输液器 带针	湛江市	上海金塔医用器材有限公司	雷州市人民医院	JT-ZIS-1C1	批号：20220318	国械注准 20173660954	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
296	一次性使用无菌注射器 带针	湛江市	注册人：上海正邦医疗科技有限公司（委托单位：江西瑞邦实业集团有限公司）	徐闻县人民医院	1ml	批号：20220120	国械注准 20153140900	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
297	超声多普勒胎心监测仪	佛山市	北京亚安利达医学仪器有限公司	佛山市南海区妇幼保健院	TX200La	编号： 2LaXC06016	京械注准 20162180434	原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：湖北省医疗器械质量监督检验研究院	不合格	电快速瞬变脉冲群	
298	助听器	佛山市	佛山市博智医疗科技有限公司	佛山市博智医疗科技有限公司	EQ 160	生产日期： 2022/04/15	粤械注准 20202190128	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
299	注射泵	佛山市	佛山市汉康医疗设备有限公司	佛山市汉康医疗设备有限公司	S3-Pro	批号：220321	粤械注准 20182540628	原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：深圳市医疗器械检测中心	不合格	工作数据的准确性	
300	医用气体雾化器	佛山市	佛山市凯亚医疗科技有限公司	佛山市凯亚医疗科技有限公司	KYWH1006	生产日期：2022年4月19日	粤械注准 20182540423	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
301	医用压缩式雾化器	佛山市	佛山市凯亚医疗科技有限公司	佛山市凯亚医疗科技有限公司	KYWH1004	生产日期：2022年4月19日	粤械注准 20192080858	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
302	空气压缩式医用雾化器	佛山市	佛山市南海凤华医疗器械有限公司	佛山市南海凤华医疗器械有限公司	口含面罩式	批号：220309	粤械注准 20182210387	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
303	医用压缩式雾化器	佛山市	佛山市顺德区好生活电子科技有限公司	佛山市顺德区好生活电子科技有限公司	TL-100	生产日期：2021年12月25日	粤械注准 20142080313	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
304	医用压缩空气雾化器	佛山市	佛山市顺德区键合电子有限公司	佛山市顺德区键合电子有限公司	WHB02	批号： W22D010EFH	粤械注准 20172541617	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
305	医用压缩空气雾化器	佛山市	佛山市顺德区键合电子有限公司	佛山市顺德区键合电子有限公司	WHB01	批号： W22R010ACC	粤械注准 20172541617	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
306	一次性使用输液器 带针	佛山市	广东龙心医疗器械有限公司	暨南大学附属顺德医院(佛山市顺德区第二人民医院、佛山市顺德区冯尧敬纪念医院)	IS-G-V3	批号：20220702	国械注准 20163140655	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
307	一次性使用输液器 带针	佛山市	广东龙心医疗器械有限公司	佛山市圣邦医疗器械有限公司	IS-G-V3	批号：20220401	国械注准 20163140655	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
308	一次性使用无菌注射器 带针	佛山市	广东龙心医疗器械有限公司	佛山市圣邦医疗器械有限公司	1ml	批号：20220214	国械注准 20163140713	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
309	一次性使用输液器 带针	佛山市	广东因特圣医疗器械有限公司	广东因特圣医疗器械有限公司	A1-B3	批号：220410	国械注准 20193141841	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
310	一次性使用无菌注射器 带针	佛山市	广东因特圣医疗器械有限公司	广东因特圣医疗器械有限公司	1ml	批号：20210628	国械注准 20193141789	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
311	一次性使用血液灌流器	佛山市	健帆生物科技股份有限公司	广州医科大学附属顺德医院	HA130	批号： 2112230401	国械注准 20163101181	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
312	一次性使用输液器 重力输液式	佛山市	江西红新医疗器械集团有限公司	佛山市跃红医疗器械有限公司	B-3	批号：批 20220316	国械注准 20173660627	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
313	一次性使用输液器	佛山市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	佛山市南海区妇幼保健院	带针	批号：批 20220501	国械注准 20173144107	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
314	一次性使用输液器 带针	佛山市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	广州医科大学附属顺德医院(佛山市顺德区乐从医院)	带针	批号：批 20220521	国械注准 20173144107	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
315	一次性使用输液器 带针	佛山市	山东新华安得医疗用品有限公司	佛山市高明区人民医院	SYQ	批号：220503	国械注准 20193141686	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
316	一次性使用输液器 带针	佛山市	上海金塔医用器材有限公司	佛山市三水区妇幼保健院	JT-ZIS-1C1	批号：20211126	国械注准 20173660954	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
317	一次性使用无菌注射器 带针	佛山市	上海金塔医用器材有限公司	广州医科大学附属顺德医院(佛山市顺德区乐从医院)	1ml	批号：20211223	国械注准 20173154085	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
318	一次性使用无菌注射器 带针	佛山市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	佛山市中医院三水医院	2ml	批号：批 K20220212	国械注准 20163140518	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
319	一次性使用无菌注射器 带针	佛山市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	佛山市高明区中医院	1ml	批号：批 A20210917	国械注准 20163140518	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
320	一次性使用无菌注射器 带针	佛山市	注册人：上海康德莱企业发展集团股份有限公司(受托生产企业：广东康德莱医疗器械集团有限公司)	张槎街道莲大社区卫生服务站	2ml	批号：批 K20210223	国械注准 20163140518	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
321	一次性使用无菌注射器 带针	佛山市	注册人：上海正邦医疗科技有限公司(委托单位：江西瑞邦实业集团有限公司)	石湾镇街道江湾一社区卫生服务站	2ml	批号：20220406	国械注准 20153140900	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
322	医用压缩空气雾化器	阳江市	佛山市顺德区键合电子有限公司	阳江市江城区康亿医疗器械店	WHB01	批号：W22E01	粤械注准 20172541617	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
323	一次性使用无菌注射器 带针	阳江市	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	阳江高新技术产业开发区人民医院	1ml	批号：211229	国械注准 20153140686	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
324	一次性使用无菌注射器 带针	阳江市	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	阳江江华医院有限公司	2ml	批号：211229	国械注准 20153140686	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
325	一次性使用无菌注射器 带针	阳江市	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	阳江市海陵岛闸坡镇卫生院	1ml	批号：批 211209	国械注准 20153140686	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
326	一次性使用输液器 带针	阳江市	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司	阳春市妇幼保健院	A	批号：220525	国械注准 20163140589	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
327	一次性使用无菌注射器 带针	阳江市	湖北仙明医疗器械有限公司	阳春洲泰医院	1ml	批号：批 20220103	国械注准 20153141852	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
328	一次性使用输液器 带针	阳江市	湖南平安医械科技有限公司	阳江金太阳康复医院有限公司	A4	批号：20220225	国械注准 20183661589	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
329	一次性使用血液灌流器	阳江市	健帆生物科技股份有限公司	阳江市人民医院	HA130	批号： 2111071001	国械注准 20163101181	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
330	一次性使用血液灌流器	阳江市	健帆生物科技股份有限公司	阳江市中医医院	HA130	批号： 2201231001	国械注准 20163101181	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
331	一次性使用输液器 带针	阳江市	江西丰临医用器械有限公司	阳江阳东济东中西医结合医院有限公司	A1-2TS	批号： 20220504A	国械注准 20163140358	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
332	一次性使用输液器 带针	阳江市	江西红新医疗器械集团有限公司	阳西县唐口镇卫生院	B-1	批号：20211117	国械注准 20193141942	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
333	一次性使用输液器 带针	阳江市	江西洪达医疗器械集团有限公司	阳西县程村镇卫生院	B1-1	批号：批 20220421	国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
334	一次性使用无菌注射器 带针	阳江市	江西洪达医疗器械集团有限公司	阳西县织篢镇中心卫生院	1ml	批号：批 20210324	国械注准 20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
335	一次性使用输液器 带针	阳江市	上海宝舜医疗器械有限公司	广东石菴铜业公司医院	IS-G	批号：20200313	国械注准 20143142349	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
336	一次性使用无菌注射器 带针	阳江市	上海宝舜医疗器械有限公司	阳江市海陵岛海陵卫生院	2ml	批号：20210320	国械注准 20153140896	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
337	一次性使用医用口罩(非灭菌)	阳江市	珠海市洁康恩健康科技有限公司	阳春市弘德药品销售有限公司	平面型 17.5×9.5cm	批号：20210101	粤械注准 20202140804	广东省医疗器械质量监督检验所	不合格	口罩带、通气阻力	
338	一次性使用输液器 带针	江门市	广东龙心医疗器械有限公司	广东龙心医疗器械有限公司	IS-G-V3	批号：20220505	国械注准 20163140655	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
339	一次性使用无菌注射器 带针	江门市	广东龙心医疗器械有限公司	广东龙心医疗器械有限公司	1ml	批号：20220524	国械注准 20163140713	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
340	一次性使用医用口罩	江门市	广东瑞洋制药有限公司	江门市江海区延康药店	平面耳挂式，非无菌，17.5cm×9.5cm	批号：20210203	粤械注准 20202141372	原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：江西省医疗器械检测中心	不合格	口罩带	
341	一次性使用输液器 带针	江门市	江西洪达医疗器械集团有限公司	江门市江海区人民医院	B1-1	批号：批 20220504	国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
342	一次性使用输液器 带针	江门市	江西洪达医疗器械集团有限公司	国药器械（江门）有限公司	B1-1	批号：批 20220224	国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
343	一次性使用输液器 带针	江门市	江西洪达医疗器械集团有限公司	江门市通诚医疗设备有限公司	B1-1	批号：批 20220623	国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
344	一次性使用输液器 带针	江门市	江西洪达医疗器械集团有限公司	恩平市人民医院	B1-1	批号：批 20220522	国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
345	一次性使用输液器 带针	江门市	江西洪达医疗器械集团有限公司	新会明翠诊所	B1-1	批号：批 20220621	国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
346	一次性使用输液器 带针	江门市	江西洪达医疗器械集团有限公司	鹤山沙坪谷埠诊所	B1-1	批号：批 20220105	国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
347	一次性使用无菌注射器 带针	江门市	江西洪达医疗器械集团有限公司	国药器械（江门）有限公司	1ml	批号：批 20211106	国械注准 20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
348	一次性使用无菌注射器 带针	江门市	江西洪达医疗器械集团有限公司	恩平市人民医院	1ml	批号：批 20211113	国械注准 20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
349	一次性使用无菌注射器 带针	江门市	江西洪达医疗器械集团有限公司	江门新会明庆诊所	1ml	批号：批 20211129	国械注准 20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
350	一次性使用无菌注射器 带针	江门市	江西洪达医疗器械集团有限公司	鹤山市龙口镇卫生院	1ml	批号：批 20211106	国械注准 20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
351	一次性使用无菌注射器 带针	江门市	聚民生物科技有限公司	台山市第二人民医院	2ml	批号：211201	国械注准 20163141179	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
352	压缩式雾化器	江门市	柯尔(苏州)医疗科技有限公司	三明人民便民店	WHB	生产日期: 2022年01月12日	苏械注准 20192081352	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
353	一次性使用无菌注射器	江门市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	恩平市人民医院	2ml	批号: 批 20210921	国械注准 20163141593	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
354	一次性使用无菌注射器	江门市	山东新华安得医疗用品有限公司	鹤山市沙坪街道卫生院	2ml	批号: 211019	国械注准 20153141515	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
355	一次性使用输液器	江门市	上海金塔医用器材有限公司	台山市汶村镇中心卫生院	JT-FSZ-5	批号: 20220102	国械注准 20153141738	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
356	一次性使用无菌注射器 带针	江门市	上海金塔医用器材有限公司	台山市城区人民医院	1ml	批号: 20220120	国械注准 20173154085	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
357	一次性使用医用口罩	江门市	新会江裕信息产业有限公司	新会江裕信息产业有限公司	耳挂式平面形、175mm×95mm	批号: JMYK20220402	粤械注准 20202140806	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 深圳市医疗器械检测中心	不合格	通气阻力	
358	医用外科口罩	江门市	湛江市通灵医学生物工程有 限公司	广东日行药品有 限公司	17.5cm× 9.5cm-3层 挂耳型(无菌)	批号: 20211205	粤械注准 20202140991	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 江西省医疗器械检测中心	不合格	压力差	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
359	一次性使用无菌注射器 带针	茂名市	常州悦康医疗器械有限公司	电白伊莱德医院	2ml	批号：211016	国械注准 20153141632	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
360	一次性使用无菌注射器 带针	茂名市	常州悦康医疗器械有限公司	茂名益康心理康复医院	2ml	生产日期： 210703	国械注准 20153141632	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
361	一次性使用无菌注射器 带针	茂名市	广东康德莱医疗器械集团有限公司	茂名市电白区龙山卫生院	1ml	批号：20220104	国械注准 20153140848	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
362	医用压缩式雾化器	茂名市	合肥康居人智能科技有限公司	茂名市电白区康顺医疗用品经营店	KJR-602G	生产日期： 2022-03-15	皖械注准 20182080142	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
363	一次性使用输液器 带针	茂名市	湖南平安医械科技有限公司	茂名电白春健医院	A4	批号：批 20220628	国械注准 20183661589	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
364	一次性使用输液器 带针	茂名市	江苏康友医疗器械有限公司	高州市妇幼保健院	IS-GAI	批号：20210422	国械注准 20173664082	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
365	一次性使用输液器 带针	茂名市	江西丰临医疗器械有限公司	化州市人民医院	A1-2TS	批号： 20220529A	国械注准 20163140358	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
366	一次性使用输液器 带针	茂名市	江西洪达医疗器械集团有限公司	茂名市电白区电城中心卫生院	B1-1	批号：批 20220502	国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
367	一次性使用无菌注射器 带针	茂名市	江西洪达医疗器械集团有限公司	茂名市海之霖医疗设备有限公司	1ml	批号：批 20220126	国械注准 20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
368	一次性使用无菌注射器 带针	茂名市	江西瑞邦实业集团有限公司	高州市金山街道社区卫生服务中心	2ml	批号：20220122	国械注准 20163140664	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
369	一次性使用输液器 带针	茂名市	上海宝舜医疗器械有限公司	广东恒福医药有限公司	IS-GIV	批号：20220504	国械注准 20143142349	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
370	一次性使用输液器 带针	茂名市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	茂名市第三人民医院	IVA323	批号：批 C20211104	国械注准 20163141319	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
371	一次性使用无菌注射器 带针	茂名市	深圳市保安医疗用品有限公司	广东德信佳医疗器械有限公司	1ml	批号：21120301	国械注准 20153141830	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
372	一次性使用无菌注射器 带针	肇庆市	广东康德莱医疗器械集团有限公司	四会市人民医院	1ml	批号：批 20211027	国械注准 20153140848	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
373	一次性使用无菌注射器 带针	肇庆市	湖南平安医械科技有限公司	封开县第二人民医院	1ml	批号：批 20220227	国械注准 20153140969	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
374	一次性使用无菌注射器 带针	肇庆市	湖南平安医械科技有限公司	肇庆市鼎湖区人民医院	1ml	批号：批 20211213	国械注准 20153140969	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
375	一次性使用血液灌流器	肇庆市	健帆生物科技股份有限公司	肇庆市第一人民医院	HA130	批号： 2107230801	国械注准 20163101181	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
376	压缩空气式雾化器	肇庆市	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	肇庆市鼎湖区凤凰镇卫生院	403A	生产日期： 2018/03/20	苏械注准 20162260236	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
377	一次性使用无菌注射器 带针	肇庆市	江苏治宇医疗器械有限公司	广宁康和诊所	2ml	批号：20220208	国械注准 20173150338	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
378	一次性使用输液器 带针	肇庆市	江西洪达医疗器械集团有限公司	广东省封开县中医院	B1-1	批号：批 20220512	国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
379	一次性使用输液器 带针	肇庆市	江西洪达医疗器械集团有限公司	四会市中医院	B1-1	批号：批20220520	国械注准20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
380	一次性使用无菌注射器 带针	肇庆市	江西洪达医疗器械集团有限公司	肇庆市高要区中医院	1ml	批号：批20211016	国械注准20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
381	一次性使用输液器 带针	肇庆市	江西益康医疗器械集团有限公司	广东省封开县人民医院	A3-2	批号：批220612	国械注准20153141518	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
382	一次性使用输液器 带针	肇庆市	山东新华安得医疗用品有限公司	肇庆市第一人民医院	SYQ	批号：211120	国械注准20193141686	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
383	一次性使用无菌注射器	肇庆市	山东新华安得医疗用品有限公司	肇庆市华佗贸易发展有限公司	2ml	批号：210429	国械注准20153141515	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
384	一次性使用无菌注射器 带针	肇庆市	上海金塔医用器材有限公司	德庆县新圩镇卫生院	2ml	批号：20211228	国械注准20173154085	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
385	一次性使用输液器 带针	肇庆市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	肇庆康德莱医疗供应链有限公司	IVA323	批号：批C20211214	国械注准20163141319	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
386	一次性使用输液器 带针	肇庆市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	广宁县人民医院	IVA323	批号：批C20210804	国械注准20163141319	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
387	一次性使用医用口罩	肇庆市	湛江市通灵医学生物工程有限公司	四会市金百健药业有限公司	17.5cm×9.5cm-3层挂耳型	批号：20210618	粤械注准20202140992	原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：江西省医疗器械检测中心	不合格	通气阻力	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
388	盒式助听器	肇庆市	中山市天键通讯技术有限公司	肇庆大参林药店有限公司怀集解放中分店	Linlok HP 干电池版	批号： 2201040008	粤械注准 20192190923	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
389	一次性使用医用口罩	清远市	广东博奥康医疗科技有限公司	连南瑶族自治县康奇药店	耳挂式(非无菌) 17.5cm×9.5cm	批号：20210104	粤械注准 20202141141	广东省医疗器械质量监督检验所	不合格	口罩带	
390	一次性使用血液灌流器	清远市	健帆生物科技股份有限公司	连南瑶族自治县人民医院	HA130	批号： 2105060901	国械注准 20163101181	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
391	一次性使用血液灌流器	清远市	健帆生物科技股份有限公司	广东省英德市人民医院	HA130	批号： 2105080201	国械注准 20163101181	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
392	一次性使用输液器 带针	清远市	江西洪达医疗器械集团有限公司	连山壮族瑶族自治县人民医院	B1-1	批号：批 20210910	国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
393	一次性使用输液器 带针	清远市	江西洪达医疗器械集团有限公司	清远市洪达医疗设备经贸有限公司	B1-1	批号：批 20220408	国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
394	一次性使用无菌注射器 带针	清远市	江西洪达医疗器械集团有限公司	清远市洪达医疗设备经贸有限公司	1ml	批号：批 20211012	国械注准 20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
395	一次性使用无菌注射器 带针	清远市	江西洪达医疗器械集团有限公司	英德市白沙镇卫生院	1ml	批号：批 20210718	国械注准 20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
396	一次性使用无菌注射器 带针	清远市	江西洪达医疗器械集团有限公司	连山壮族瑶族自治县人民医院	1ml	批号：批 20210528	国械注准 20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
397	压缩式雾化器	清远市	欧姆龙(大连)有限公司	清远市楚康贸易有限公司	NE-C28	机身编号： 20211209696UF	辽械注准 20142210025	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
398	一次性使用输液器 带针	清远市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	连南瑶族自治县人民医院	IVA323	批号：批 C20210809	国械注准 20163141319	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
399	一次性使用输液器 带针	清远市	浙江京环医疗用品有限公司	连州市人民医院	A-3L	批号：20220513	国械注准 20153141919	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
400	一次性使用输液器 带针	清远市	浙江京环医疗用品有限公司	阳山县人民医院	A-3	批号：20220429	国械注准 20153141919	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
401	一次性使用无菌注射器 带针	清远市	浙江京环医疗用品有限公司	佛冈县人民医院	1ml	批号：20220125	国械注准 20153141843	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
402	一次性使用无菌注射器 带针	清远市	浙江京环医疗用品有限公司	阳山县人民医院	1ml	批号：20211204	国械注准 20153141843	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
403	一次性使用无菌注射器 带针	清远市	浙江京环医疗用品有限公司	连州市人民医院	1ml	批号：20211204	国械注准 20153141843	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
404	一次性使用医用口罩	潮州市	广东悦斯科技有限公司	广东悦斯科技有限公司	17.5cm× 9.5cm	批号：20220301	粤械注准 20202141139	原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：深圳市医疗器械检测中心	不合格	通气阻力	
405	一次性使用输液器 带针	潮州市	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司	饶平县鑫业医疗器械有限公司	A	批号：220429	国械注准 20163140589	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
406	压缩空气式雾化器	潮州市	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	广东新发医药有限公司乌洋分店	403T	生产日期： 2022-03-01	苏械注准 20162260236	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
407	一次性使用无菌注射器 带针	潮州市	江西洪达医疗器械集团有限公司	潮州妇产医院	1ml	批号：批 20211009	国械注准 20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
408	一次性使用无菌注射器 带针	潮州市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	潮州市湘桥区中医医院	1ml	批号：批 20210911	国械注准 20163141593	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
409	一次性使用无菌注射器	潮州市	山东新华安得医疗用品有限公司	潮州市潮安区浮洋中心卫生院	2ml	批号：211022	国械注准 20153141515	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
410	一次性使用无菌注射器	潮州市	山东新华安得医疗用品有限公司	饶平县钱东中心卫生院	1ml	批号：211217	国械注准 20153141515	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
411	一次性使用输液器 带针	潮州市	上海金塔医用器材有限公司	潮州市潮安区沙溪卫生院	JT-ZIS-1C1	批号：20220530	国械注准 20173660954	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
412	一次性使用输液器 带针	潮州市	上海金塔医用器材有限公司	潮州市湘桥区人民医院	B-2	批号：20220526	国械注准 20153141827	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
413	一次性使用无菌注射器 带针	潮州市	上海金塔医用器材有限公司	潮州北斗肿瘤康复医院	1ml	批号：20220104	国械注准 20173154085	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
414	一次性使用输液器 带针	潮州市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	饶平县华侨医院	IVA323	批号：批 C20210804	国械注准 20163141319	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
415	一次性使用输液器 带针	潮州市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	潮州市潮安区金石卫生院	IVA323	批号： B20210816	国械注准 20163141319	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
416	一次性使用无菌注射器 带针	潮州市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	饶平县鑫业医疗器械有限公司	1ml	批号：批 A20210915	国械注准 20163140518	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
417	一次性使用输液器 带针	潮州市	浙江京环医疗用品有限公司	潮州市万家春药业有限公司	A-3L	批号：20220617	国械注准 20153141919	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
418	一次性使用无菌注射器 带针	潮州市	注册人：上海康德莱企业发展集团股份有限公司（受托生产企业：广东康德莱医疗器械集团有限公司）	潮州市潮安区庵埠华侨医院	1ml	批号：批 A20211011	国械注准 20163140518	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
419	一次性使用无菌注射器 带针	潮州市	注册人：上海康德莱企业发展集团股份有限公司（受托生产企业：广东康德莱医疗器械集团有限公司）	饶平县华侨医院	1ml	批号：批 A20210827	国械注准 20163140518	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
420	一次性使用输液器 带针	揭阳市	广东海鸥医疗器械股份有限公司	广东海鸥医疗器械股份有限公司	A1	生产日期： 20220511	国械注准 20173661047	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
421	一次性使用无菌注射器 带针	揭阳市	广东海鸥医疗器械股份有限公司	广东海鸥医疗器械股份有限公司	1ml	批号：20220209	国械注准 20173151027	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
422	一次性使用无菌注射器 带针	揭阳市	广东海鸥医疗器械股份有限公司	普宁市中医医院	1ml	批号：20211116	国械注准 20173151027	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
423	一次性使用无菌自毁型固定剂量疫苗注射器 带针	揭阳市	广东海鸥医疗器械股份有限公司	广东海鸥医疗器械股份有限公司	0.5ml	批号：20220410	国械注准 20163141637	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
424	一次性医用外科口罩	揭阳市	广东海鸥医疗器械股份有限公司	广东海鸥医疗器械股份有限公司	HO-KZ01	生产日期： 20220430	粤械注准 20202140672	原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：深圳市医疗器械检测中心	不合格	细菌过滤效率	
425	一次性使用输液器 带针	揭阳市	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司	普宁市中医医院	A	批号：批 210702	国械注准 20163140589	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
426	一次性使用输液器 带针	揭阳市	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司	普宁华侨医院	A	批号：批 220321	国械注准 20163140589	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
427	一次性使用血液灌流器	揭阳市	健帆生物科技股份有限公司	揭阳市人民医院	HA130	批号： 2110221401	国械注准 20163101181	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
428	一次性使用无菌注射器 带针	揭阳市	江西洪达医疗器械集团有限公司	揭阳锦熹血液透析中心	1ml	批号：批 20210412	国械注准 20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
429	一次性使用输液器	揭阳市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	揭阳市妇幼保健计划生育服务中心	带针	批号：批 20220221	国械注准 20173144107	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
430	一次性使用无菌注射器 带针	揭阳市	上海金塔医用器材有限公司	广东康卫宁医疗器械有限公司	1ml	批号：20220104	国械注准 20173154085	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
431	一次性使用无菌注射器 带针	揭阳市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	广东康宝源药业有限公司	1ml	批号：批A20210814	国械注准20163140518	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
432	一次性使用无菌注射器 带针	揭阳市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	揭阳市妇幼保健计划生育服务中心	1ml	批号：批A20210814	国械注准20163140518	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
433	一次性使用无菌注射器 带针	云浮市	湖南平安医械科技有限公司	云浮市惠民医院有限公司	1ml	批号：批20220120	国械注准20153140969	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
434	一次性使用输液器 带针	云浮市	江西洪达医疗器械集团有限公司	罗定市人民医院	B1-1	批号：批20220622	国械注准20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
435	一次性使用输液器 带针	云浮市	江西洪达医疗器械集团有限公司	罗定市人民医院	B1-1	批号：批20220622	国械注准20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
436	一次性使用无菌注射器 带针	云浮市	江西洪达医疗器械集团有限公司	云浮市云城区腰古中心卫生院	1ml	批号：批20220103	国械注准20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
437	一次性使用无菌注射器 带针	云浮市	江西洪达医疗器械集团有限公司	云浮市云城区人民医院	1ml	批号：批20211107	国械注准20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
438	一次性使用无菌注射器 带针	云浮市	江西洪达医疗器械集团有限公司	云浮市云城区云城街社区卫生服务中心接种门诊	1ml	批号：批20211201	国械注准20193141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
439	一次性使用输液器	云浮市	山东新华安得医疗用品有限公司	新兴县中医院	FZQ	批号：220428	国械注准20173664173	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
440	一次性使用输液器 带针	云浮市	山东新华安得医疗用品有限公司	云浮市惠民医院有限公司	FZQ	批号：210729	国械注准20173664173	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不合格项目	备注
441	一次性使用输液器 带针	云浮市	山东新华安得医疗用品有限公司	新兴县中医院	FZQ	批号：220503	国械注准 20173664173	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
442	一次性使用输液器 带针	云浮市	山东新华安得医疗用品有限公司	云浮市妇幼保健院	FZQ	批号：220421	国械注准 20173664173	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
443	一次性使用无菌注射器	云浮市	山东新华安得医疗用品有限公司	云浮市云城区高峰街社区卫生服务中心	1ml	批号：211214	国械注准 20153141515	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
444	一次性使用输液器 带针	云浮市	上海宝舜医疗器械有限公司	云浮市云城区人民医院	IS-GIV	批号：20220504	国械注准 20143142349	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
445	一次性使用输液器 带针	云浮市	上海金塔医用器材有限公司	罗定市中医院	JT-FSZ-5	批号：20220518	国械注准 20153141738	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
446	一次性使用输液器 带针	云浮市	上海金塔医用器材有限公司	罗定市中医院	JT-FSZ-5	批号：20220517	国械注准 20153141738	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		
447	一次性使用无菌注射器 带针	云浮市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	云浮市云城区云城街社区卫生服务中心	1ml	批号：批 K20201115	国械注准 20163140518	广东省医疗器械质量监督检验所	符合		

注：检验结果“符合”是指被检样品所检项目符合抽检方案的要求。